



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ТАГЛЕР"

Место нахождения (адрес юридического лица): 115404, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица 6-я Радиальная, дом 17, строение 1

Адрес места осуществления деятельности: 107076, Россия, город Москва, улица Богородский Вал, дом 3, строение 29, 1 этаж

Основной государственный регистрационный номер 1197746444565.

Телефон: +74996537982 Адрес электронной почты: 5086448@gmail.com

в лице Генерального директора Першина Владимира Николаевича

заявляет, что Оборудование лабораторное: центрифуги лабораторные молочные Таглер, модели: ЦЛМ, ЦЛМ 1-8, ЦЛМН, ЦЛМН 1-8.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ТАГЛЕР"

Место нахождения (адрес юридического лица): 115404, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица 6-я Радиальная, дом 17, строение 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107076, Россия, город Москва, улица Богородский Вал, дом 3, строение 29, 1 этаж

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.29.41-004-40656199-2022 "Центрифуги лабораторные молочные. Технические условия".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421192009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 001/J-17/10/24 от 17.10.2024 года, выданного Испытательным центром диагностики электротехнических изделий и машин (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ08)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам", ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (разделы 6 и 7) "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 08.2024.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.11.2029 включительно.



Першин Владимир Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.24117/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2024