



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО ДНК-Технология» (ООО «НПО ДНК-Технология»).
Основной государственный регистрационный номер 1065043016521.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142281, Россия, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 20. Номер телефона +7(4967)31-07-64, адрес электронной почты protvino@dna-technology.ru.

в лице генерального директора Дмитровского Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава
заявляет, что

Амплификатор детектирующий ДТлайт

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО ДНК-Технология» (ООО «НПО ДНК-Технология»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142281, Россия, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 20.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
ТУ 9443-003-96301278-2010

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 50 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879;

Декларация о соответствии принята на основании

копии протокола испытаний № MEAS20200302 от 27.03.2020 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Группа СТМ".

Схема декларирования соответствия 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов): стандарт в целом ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".

Средний срок службы прибора не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является техническая невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления путем ремонта. Прибор следует хранить в закрытом помещении с естественной вентиляцией, при температуре от +5°C до +40°C при относительной влажности до 80% при температуре до +30°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.06.2025 включительно.



М.П.

Дмитровский Владимир Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.MM07.B.00126/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.06.2020