



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-ИНВЕСТ", Место нахождения: 125362, Россия, город Москва, улица Вишнёвая, Дом 9, Корпус 1, Эт 4 Пом. 410, 412, ОГРН: 1177746086693, Номер телефона: +7 4954887223, Адрес электронной почты: farm@farm-invest.ru

В лице: Генеральный директор Ермаков Андрей Николаевич

заявляет, что Холодильное оборудование морозильная камера лабораторная, Холодильное оборудование морозильная камера лабораторная, артикул: модели DW-UW128, DW-UW258, DW-HL1,8, DW-HL50, DW-HL100, DW-HL218, DW-HL340, DW-HL398S, DW-HL528S, DW-HL678S, DH-HL858S, DW-HL1008S, DW-HW50, DW-HW138, DW-HW328, DW-HW668, DW-FL270, DW-FL439, DW-FL450, DW-FL531, DW-FL678, DW-FL1008, DW-FW150, DW-FW270, DW-FW360

Изготовитель: ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED, Место нахождения: Китай, NO.1862 ZISHI ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8418690008

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2021-SPR-09-0642 выдан 15.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "РОНДО", аттестат аккредитации РОСС RU.32452.04ЦИЯ0.005 от "; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; Стандарты и иные нормативные документы: раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний"; Условия и сроки хранения: Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.09.2024 включительно


(подпись)



Ермаков Андрей Николаевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.62832/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.09.2021