

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

место нахождения ул. Казинца И.П., дом 121А, комната 327, 220108, г. Минск, Республика Беларусь зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100386629

телефон +375 17 3021451, адрес электронной почты office@integral.by

в лице генерального директора Буйневича Андрея Сергеевича

заявляет, что секундомер электронный торговой марки «ИНТЕГРАЛ» модель «Интеграл С-02»

изготовитель Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

место нахождения ул. Казинца И.П., дом 121А, комната 327, 220108, г. Минск, Республика Беларусь

место осуществления деятельности по изготовлению продукции Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», производство «Филиал «Завод «Электроника», ул. Корженевского, дом 16, 220108, г. Минск, Республика Беларусь

ТУ BY 100386629.246-2022 «Секундомер электронный «Интеграл С-02»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9102 19 000 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (TP TC 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 45-61/0439-1-2023 от 28.04.2023, выданного Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат акредитации № BY/112 1.0025, сертификата соответствия системы менеджмента качества № BY/112 05.01.002.01 00453 от 18.10.2022, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат акредитации № BY/112 002.01

схема декларирования соответствия: бд

Дополнительная информация

Примененные стандарты: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования»

Гарантийный срок эксплуатации секундомера – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

Срок хранения секундомера до ввода в эксплуатацию не более 12 месяцев.

Средний срок службы секундомера 8 лет.

Секундомеры должны храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % (при 25 °C и более низких температурах). В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию деталей.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.06.2028 включительно.

(подпись)

Буйневич Андрей Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 003.02 09185
14.06.2023

