



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
№ ФСР 2010/07113

от 06 мая 2022 года

На медицинское изделие

**Бокс абиотической воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-“Ламинар-С.” по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество "Ламинарные системы"
(ЗАО "Ламинарные системы"), Россия,
456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.2/4

Производитель
Закрытое акционерное общество "Ламинарные системы"
(ЗАО "Ламинарные системы"), Россия,
456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.2/4

Место производства медицинского изделия
ЗАО "Ламинарные системы", Россия, 456300, Челябинская обл., г. Миасс,
Тургоякское ш., д. 2/4

Номер регистрационного досье № РД-48617/18921 от 22.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 06 мая 2022 года № 3707
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0065629

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2022 года

№ ФСР 2010/07113

Лист 1

На медицинское изделие

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021, в следующих исполнениях:

1. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (LORICA):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (LORICA) - 1шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная увеличенной высоты - 1 шт. (при необходимости);
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- раковина со сливом - 1 шт. (при необходимости);
- смеситель - 1 шт. (при необходимости);
- заслонка рабочего проема - 1 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);
- штанга с крючками - 1 (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

2. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (LORICA):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (LORICA) - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная увеличенной высоты - 1 шт. (при необходимости);
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- раковина со сливом - 1 шт. (при необходимости);
- смеситель - 1 шт. (при необходимости);
- заслонка рабочего проема - 1 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0099185

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2022 года

№ ФСР 2010/07113

Лист 2

- штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

3. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (LORICA):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (LORICA) - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная увеличенной высоты - 1 шт. (при необходимости);
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- раковина со сливом - 1 шт. (при необходимости);
- смеситель - 1 шт. (при необходимости);
- заслонка рабочего проема - 1 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);
- штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

4. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (LORICA):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (LORICA) - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная увеличенной высоты - 1 шт. (при необходимости);
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- раковина со сливом - 1 шт. (при необходимости);
- смеситель - 1 шт. (при необходимости);
- заслонка рабочего проема - 1 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0099186

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2022 года

№ ФСР 2010/07113

Лист 3

- штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

5. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (VIS-À-VIS):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (VIS-À-VIS) - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

6. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (VIS-À-VIS):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (VIS-À-VIS) - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

7. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (VIS-À-VIS):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (VIS-À-VIS) - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

8. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (ART):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (ART) - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0099187

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2022 года

№ ФСР 2010/07113

Лист 4

- подлокотник - 1 шт.;
 - подставка рамочная - 1 шт.;
 - подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
 - краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
 - кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
 - монитор - 1 шт. (при необходимости);
 - штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
 - опоры винтовые - 4 шт.;
 - колеса транспортировочные - 4 шт.;
 - паспорт (ПС) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.
9. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART):
- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART) - 1 шт.;
 - подлокотник - 1 шт.;
 - подставка рамочная - 1 шт.;
 - подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
 - краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
 - кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
 - монитор - 1 шт. (при необходимости);
 - штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
 - опоры винтовые - 4 шт.;
 - колеса транспортировочные - 4 шт.;
 - паспорт (ПС) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

10. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART VIT):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART VIT) - 1 шт.;
- подлокотник - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0099188

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2022 года

№ ФСР 2010/07113

Лист 5

- штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

11. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (ART):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (ART) - 1 шт.;
- подлокотник - 1 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);
- штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

12. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (ART):

- БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (ART) - 1 шт.;
- подлокотник - 2 шт.;
- подставка рамочная - 1 шт.;
- подставка рамочная регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости);
- краны для газов - не более 2 шт. (при необходимости);
- кран-вакуум - не более 2 шт. (при необходимости);
- монитор - 1 шт. (при необходимости);
- штанга с крючками - 1 шт. (при необходимости);
- опоры винтовые - 4 шт.;
- колеса транспортировочные - 4 шт.;
- паспорт (ПС) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0099189