



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Группа АПЕКС»

109518, г.Москва, ул. Грайвороновская, д.13, стр.1, помещение №1

тел.(499) 177-51-10, (495) 660-37-08

Наименование банка АО "Райффайзенбанк" р/с 40702810000000006087, Корр. Счет 30101810200000000700,
ИНН/КПП 7716794886/772201001, БИК 044525700, ОГРН 1157746461608, ОКПО 45340161

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Группа АПЕКС»
Мирошник Т.А.
«Группа АПЕКС» МП
ОГРН 1157746461608
ОГРН 1157746461608
МОСКАУСКАЯ ОБЛАСТЬ * 89794886
1157746461608
1157746461608

A blue ink signature of T.A. Miroshnik, which appears to read "Мирошник Т.А.".

Фотографические изображения медицинского изделия
**«Пипетки-дозаторы механические одноканальные и многоканальные
фиксированного и регулируемого объема доз DLAB»**

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru

Пипетки-дозаторы механические одноканальные и многоканальные фиксированного и регулируемого объема доз DLAB

1. Пипетки-дозаторы переменного объема 1-канальные TopPette (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 50-200 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл) в составе

Рисунок 1. Общий вид



Рисунок 2. - Калибровочный ключ – 1 шт.;- Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.;- Наконечник – 1 шт.;- Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой – 1 шт.



Рисунок 3. Инструкция по эксплуатации.



Рисунок 4. Маркировка потребительской упаковки.




Рисунок 5. Маркировка транспортной упаковки.



2. Пипетки-дозаторы переменного объема 8-канальные TopPette (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл) в составе Рисунок 6. Общий вид




Рисунок 7. - Калибровочный ключ – 1 шт.;- Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.;- Наконечник – 8 шт.;- Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой– 1 шт.



Рисунок 8. Инструкция по эксплуатации.



Рисунок 9. Маркировка потребительской упаковки



Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Рисунок 10. Маркировка транспортной упаковки



3. Пипетки-дозаторы переменного объема 12-канальные TopPette (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл) в составе
Рисунок 11. Общий вид



Рисунок 12. - Калибровочный ключ – 1 шт.; - Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.; -Наконечник – 12 шт.; - Сертификат контроля качества – 1 шт. - Пробирка 1,5 мл со смазкой– 1 шт.



Рисунок 13. Инструкция по эксплуатации



Рисунок 14. Маркировка потребительской упаковки




Рисунок 15. Маркировка транспортной упаковки



4. Пипетки-дозаторы фиксированного объема 1-канальные TopPette (5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 5000 мкл) в составе:

Рисунок 16. Общий вид



Рисунок 17. - Калибровочный ключ – 1 шт.;- Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.;- Наконечник – 1 шт.;- Сертификат контроля качества – 1 шт. - Пробирка 1,5 мл со смазкой– 1 шт.



Рисунок 18. Инструкция по эксплуатации.



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

Рисунок 19. Маркировка потребительской упаковки.




Рисунок 20. Маркировка транспортной упаковки



5. Пипетки-дозаторы переменного объема 1-канальные MicroPette Plus (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 50-200 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл) в составе:

Рисунок 21. Общий вид



Рисунок 22. - Калибровочный ключ – 1 шт.;- Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.;- Наконечник – 1 шт.;- Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой– 1 шт.



Рисунок 23.Инструкция по эксплуатации



Рисунок 24. Маркировка потребительской упаковки




Рисунок 25. Маркировка транспортной упаковки



6. Пипетки-дозаторы переменного объема 8-канальные MicroPette Plus (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл) в составе

Рисунок 26. Общий вид




Рисунок 27. - Калибровочный ключ – 1 шт.; - Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.; - Наконечник – 8 шт.; - Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой– 1 шт.



Рисунок 28. Инструкция по эксплуатации



Рисунок 29. Маркировка потребительской упаковки



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.roszdravnadzor.ru

Рисунок 30. Маркировка транспортной упаковки



7. Пипетки-дозаторы переменного объема 12-канальные MicroPette Plus (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл) в составе

Рисунок 31. Общий вид



Рисунок 32. - Калибровочный ключ – 1 шт.; - Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.; - Наконечник – 12 шт.; - Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой – 1 шт.



Рисунок 33. Инструкция по эксплуатации





Рисунок 34. Маркировка потребительской упаковки



Информация получена
Федеральной службой
по надзору
за соблюдением
санитарных норм

Рисунок 35. Маркировка транспортной упаковки



8. Пипетки-дозаторы фиксированного объема 1-канальные MicroPette Plus (5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 5000 мкл) в составе

Рисунок 36. Общий вид



Рисунок 37. - Калибровочный ключ – 1 шт.; - Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.; - Наконечник – 1 шт.; - Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой – 1 шт.;



Рисунок 38. Инструкция по эксплуатации




Рисунок 39. Маркировка потребительской упаковки



Рисунок 40. Маркировка транспортной упаковки



9. Пипетки-дозаторы переменного объема 1-канальные Hipette (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 30-300 мкл, 100-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл) в составе

Рисунок 41. Общий вид (голубой плунжер)



Рисунок 42. Общий вид (черный плунжер)



Рисунок 43. - Калибровочный ключ – 1 шт.; - Держатель (крепление) для дозатора – 1 шт.; - Наконечник – 1 шт.; - Сертификат контроля качества – 1 шт.; - Силиконовые накладки – 5 шт.; - Сменный фильтр – 5 шт.; - Пробирка 1,5 мл со смазкой – 1 шт.



Рисунок 44. Инструкция по применению



Рисунок 45. Маркировка потребительской упаковки.



Рисунок 46. Маркировка транспортной упаковки



Всего прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью

сентябрь 144

лист(ов)

ООО "ГРУППА АПЕКС"



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru