




Максимальное количество укладки 5 коробок
Размер 415x360x210 мм
Вес 11.5 кг +/-10%
Допустимая температура для транспортировки и хранения 5°C - 50°C
Допустимая комнатная температура для использования 5°C - 45°C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ WON INDUSTRY
ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА

➤ Вариант исполнения: LC – 1200P



• LC-1200P

ВНИМАНИЕ!

 **WON INDUSTRY CO.**

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ!
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД РАБОТОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ И
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК СПРАВОЧНИК ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯХ.
ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПОД РУКОЙ.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА LC – 1200P ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

показания, противопоказания, особенности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАНЖЕТ

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА И МАНЖЕТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

НАЧАЛО РАБОТЫ

ОПИСАНИЕ АППАРАТА LC – 1200P (ДВЕНАДЦАТИСЕКЦИОННОГО ОДНОКАНАЛЬНОГО)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА LC – 1200P

примеры монотерапии

примеры комбинированной терапии

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА LC – 1200P В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

Физиотерапевтический аппарат LC – 1200P разработан специально для проведения прессотерапии, локальной баротерапии и сочетанной прессотерапии (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом в современной физиотерапевтической практике.

Терминология

По механизму воздействия аппарат **LC – 1200P** относится к группе приборов для проведения пневмокомпрессионной терапии.

По клиническим эффектам классифицируются как массажер пневмокомпрессионный (аппарат для прессотерапии), аппарат для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии), аппарат для пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом двенадцатисекционный одноканальный.

Таким образом, аппарат пневмокомпрессионной терапии **LC – 1200P** позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии и их комбинации:

1. Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочередного повышения давления в различных секциях манжет).
2. Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж)
3. Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом и сегментарной баротерапией.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей
- Ишемическая болезнь сердца
- Гипертоническая болезнь
- Посттромбофлебитическая болезнь
- Цереброваскулярная болезнь
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миоцитами конечностей
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный

Показания к профилактике:

- ✓ для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объемов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отеков после аппаратной косметологии);
- ✓ профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем;
- ✓ профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов;
- ✓ профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника);
- ✓ восстановительный период после травм и операций.



Особенно прессотерапия показана для т.н. «лежачих» больных и послеоперационного восстановления с целью профилактики пролежней и застойных явлений как по малому, так и по большому кругу кровообращения.

Противопоказания:

Специфических противопоказаний прессотерапия и лимфодренажный массаж не имеет за исключением нарушения целостности кожных покровов в зоне наложения манжет (несвежие раны кожи в виде неглубоких ссадин без мокнутия и мацерации не являются противопоказанием к применению пневмокомпрессионного массажа), ограничения к применению или отказ от использования определяется исходя из общих противопоказаний к проведению физиотерапии:

- злокачественные новообразования
- системные заболевания крови
- резкое общее истощение
- гипертоническая болезнь III стадии
- резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга
- заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации
- кровотечения или склонность к ним
- лихорадочное состояние (температура тела выше 38° С)
- активный легочный туберкулез
- эпилепсия с частыми припадками
- истерия с тяжелыми судорожными припадками
- психозы с явлениями психомоторного возбуждения
- общее тяжелое состояние больного

Ни в коем случае не используйте самостоятельно аппарат без консультации специалиста при заболеваниях и подозрениях на:

- тромбофлебит;
- почечную и сердечную недостаточность в стадии декомпенсации;
- онкологические (раковые) заболевания
- наличие кардиостимулятора и металлоконструкции в зоне наложения манжет.

При ряде перечисленных состояний использование прессотерапии возможно, но только при назначении медицинским специалистом, прошедшим специализированную подготовку по физиотерапии и только под наблюдением медицинского персонала.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельном использовании аппарата в отсутствие медицинского контроля необходимо учитывать:

-  При плохом самочувствии или болевых ощущениях не используйте аппарат
-  Длительность первого цикла использования (первой процедуры) – не более 20 минут
-  Настройка давления в манжетах осуществляется по ощущениям пациента, но не более допустимых пределов



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- перед использованием аппарата внимательно прочитайте данную инструкцию
- храните инструкцию рядом с аппаратом
- данная инструкция содержит подробную информацию для пользователя по мерам предосторожности или защите от износа и по безопасному использованию аппарата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нарушении предписаний настоящей инструкции работа с аппаратом может привести к негативным и нежелательным последствиям, травмам, смерти пациента. Пользователь перед началом работы с оборудованием обязан внимательно прочесть инструкцию!

УКАЗАНИЯ



индикатор сопротивления



следовать данным указаниям



не демонтировать



показатель отсоединения сетевого шнура от розетки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Аппарат не предназначен для детей

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы вода или другие вещества не попали внутрь аппарата

Если произошла неисправность или аппарат не работает, не меняйте, не демонтируйте или не ремонтируйте самостоятельно (может привести к пожару, утечке тока или пожару).



При подключении или отсоединении сетевого шнура от розетки, руки должны быть сухими (может привести к удару током, удару током или травмам)



Используйте только напряжение 220 вольт, однофазный ток.




Не ставьте тяжелые предметы, стол или стул на сетевой шнур аппарата (это может привести к удару током, или пожару).






Используйте внешние розетки и не подключайте сразу несколько приборов к одному источнику питания (это может привести к пожару, удару током или другим травмам).



Не трясите прибор и не роняйте его (это может привести к неисправности аппарата).



Не допускайте попадания в аппарат скрепок, шивателей, иголок, металлических предметов (возможно короткое замыкание).



Не помещайте рукав рядом с нагревательными предметами, или продуктами питания такими, как обогреватель, сигареты и т.д.(возможна утечка воздуха или пожар).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время использования не ходите в сапогах, в манжете для талии.




Храните аппарат вдали от прямых солнечных лучей или нагревательных приборов, включая газовую плиту (может привести к повреждению аппарата или изменению цвета)



Используйте аппарат только по прямому назначению (иное использование может привести к неисправности аппарата).



Убедитесь, что воздушный рукав и контактный кабель не согнуты и не скручены.



Если вы не используете оборудование длительное время или используете его в холодном помещении перед началом процедуры и без задействования пациента запустите прибор на максимальных значениях давления в манжете(ах) и дайте отработать компрессору 3-4 полных цикла (с наполнением всех секций манжет), после чего остановите выполнение программы. Аппарат готов к работе.



При очистке аппарата и рукава не используйте воду, масло, бензин, алкоголь горючее, химикаты и т.д. (может привести к повреждению аппарата, возможна утечка воздуха или пожар, короткое замыкание). Используйте гигиенические салфетки, влажные салфетки, смоченные



слабым раствором антисептика.



Не надевайте рукав (а) на голое тело, используйте нательное белье (при тонком нижнем белье допускается использование сменной одежды).





Не сгибайте и не скручивайте шланг (может привести к его повреждению и утечке воздуха).



ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

1. Скорость

Регулятор скорости устанавливает скорость давления от 1 до 5 уровня

Скорость 1 : 4 с, Скорость 2 : 8 с, Скорость 3 : 12 с, Скорость 4 : 16 с, Скорость 5: 20 с

Модель LC1200P состоит из 12 воздушных отсеков. Кровоток последовательно стимулируется давлением двенадцати воздушных отсеков попеременно или последовательно наполняемыми нагнетаемым в них воздухом.

2. Установка давления

При включении прибора давление установлено на начальном уровне. Вы можете повысить (понижить) силу компрессии.

Уровень давления : 0-280 мм.рт.ст. Для установки нужного давления используйте клавиши регулятора.

3. Замена предохранителей

Как показано на рисунке слева, в разъеме АС имеются запасные предохранители сзади под розеткой. Проверьте напряжение, прежде чем менять предохранители.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАНЖЕТ

А. Манжета на нижнюю конечность («сапог»)

ВО ИЗБЕЖАНИЕ БОЛИ В КОЛЕННЫХ СУСТАВАХ, НЕ СГИБАЙТЕ МАНЖЕТУ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

I. Наденьте манжеты на нижние конечности и застегните их до конца

II. . Присоедините к манжетам гибкий шланг.



Воздуховод типа "папа"- "папа"


2 шт для манжет: рука и талия



Воздуховод-удлинитель типа "папа"- "мама"

2 шт для манжет: нога 1x2

Обратите внимание, что воздуховоды для ножных манжет монтируются следующим образом:



Подсоедините клеммы соотв. цвета на манжетах для ног (мама) к разъемам разветвителей (папа)



Воздуховод-разветвитель типа "папа"- "папа"

2шт для манжет" нога 1x2

I. воздуховод-удлинитель клеммой «папа» подключается к аппарату (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому)



2. воздуховод-разветвитель клеммой «папа» подключается к воздуховоду-удлинителю (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому)
3. воздуховод-разветвитель клеммой «папа» подключается к клемме «мама» находящейся в нижней части сапога (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому).

Б. Манжета для талии/бедер

ПОМЕСТИТЕ МАНЖЕТУ ВЫШЕ ТАЛИИ, НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА ГРУДИ!

I. Наденьте манжету для талии.

II. Подсоедините к манжете гибкий шланг:

Обратите внимание, что воздуховоды для талии монтируются следующим образом:

воздуховоды с клеммами «папа»-«папа» подключаются к аппарату (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому) одним концом; вторым концом клеммой «папа» подключается к манжете (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому)



В. Манжета на верхнюю конечность

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАФИКСИРУЙТЕ МАНЖЕТУ!

I. Наденьте манжету на руку и плотно зафиксируйте ее застежкой.

II. Подсоедините к манжете гибкий шланг:

Обратите внимание, что воздуховоды для руки монтируются следующим образом:

воздуховоды с клеммами «папа»-«папа» подключаются к аппарату (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому) одним концом; вторым концом клеммой «папа» подключается к манжете (соответствующего цвета: белый к белому, серый – к серому)



Возможно использование манжеты по очереди для обеих рук.

N.V. ВНИМАНИЕ!

Крайне не рекомендуется использовать прессотерапию одновременно на обе верхние конечности. В клинической практике описаны случаи резкого повышения артериального давления, пароксизма фибрилляции предсердий и других неблагоприятных эффектов вследствие одновременного использования на обе верхние конечности локальной баротерапии.



СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА И МАНЖЕТ

Манжеты не ремонтируются как товары широкого потребления. Будьте осторожны.

1. Не помещайте манжету рядом с острыми предметами как иголки, ножницы и т.д.

2. Храните в сухом месте, где нет воды и влажности

3. Не мойте манжету, осторожно протрите полотенцем.

4. Не храните аппарат при низких температурах в зимнее время.

(может привести к затвердению и повреждению)

5. При длительном хранении поместите аппарат в коробку.

* *использование и хранение*

1. Используйте и храните аппарат в чистом месте при нормальной температуре (температура – 10-40°C, влажность 30-85%)

2. Не используйте вне помещений




СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Электр.напряжение	100-110V/220-240V	50/60 Hz	режим	A,B,C,D,E – 5 режимов
Электричество	АС220V	0.2A	давление	50-240 mmHg +/-10%
Потребление	60 VA		интервал времени	0-60 мин
Размеры	415x360x210		вес	11.5 кг +/-10%



Стандартный набор модели LC 1200P



НАЧАЛО РАБОТЫ

После того, как соответствующая манжета установлена и соединительный рукав соединен с аппаратом необходимо:

1. Выбрать время процедуры клавишей Time. (от 0 до 60 мин).
2. Установить клавишей Speed скорость смены участков давления (от 1 до 5).
3. Клавишей Mode выбрать тип программы, который будет использоваться во время сеанса
4. Занять удобное положение и нажать кнопку Start.
5. Настроить давление в манжете кнопками регулятора Pressure
6. После того, как прозвучит звуковой сигнал и прекратится подача воздуха в манжеты, необходимо выключить аппарат, отсоединить гибкий соединительный рукав от аппарата, снять манжеты и уложить аккуратно, без скручивания, до следующего сеанса.




ОПИСАНИЕ

АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА LC – 1200P ДВЕНАДЦАТИСЕКЦИОННЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



в гнездо подсоединяется лента с соответствующим цветом

Экран LCD



- 1) operation indicator – индикатор работы
- 2) sleeve operate indicator – индикатор сжатия манжеты
- 3) pressure indicator – индикатор давления
- 4) time indicator – индикатор времени
- 5) mode selection indicator – индикатор выбора режима
- 6) mode indicator – индикатор режима
- 7) speed indicator – индикатор скорости

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LC-1200P





1. кнопка старт.
2. кнопка стоп – при нажатии кнопки 2 раза аппарат вернется на исходный уровень настроек.
3. кнопка установки времени процедуры – период: 0-60 мин,

исходный уровень установлен на 10 мин

при нажатии кнопки время меняется на 1 мин.

4. кнопки регулировки давления. Уровень давления меняется при нажатии кнопки вверх/вниз.

исходный уровень – 200 mmHg

5. кнопка длительности давления(скорости). 5 режимов скорости:
уровень 1 : 4 сек, уровень 2 : 8 сек, уровень 3 : 12 сек, уровень 4 : 16 сек.

6. кнопка выбора режим А,В – от А до Н, 8 видов режима, выбор при нажатии режима А

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (LC-1200P)

После фиксации манжет(ы) на теле пациента и подсоединения гибкого соединительного рукава к манжете и входу пневмокомпрессора аппарата (см. инструкция по использованию манжет) необходимо включить аппарат и настроить необходимые параметры процедуры.

1.Установка давления в манжете

Уровень давления составляет 50 mmHg-280mmHg

Исходный уровень давления в манжете установлен на 200 mmHg

2.Контроль длительности давления

Уровень скорости 1-5 (уровень 2-3-4 является оптимальным)


Скорость 1 : 4 с, Скорость 2 : 8 с, Скорость 3 : 12 с, Скорость 4 : 16 с, Скорость 5: 20 с

3.Установка таймера

Минимальное время процедуры составляет 10 минут.

Для изменения нажмите на кнопку установки времени период времени от 0 до 60 мин, по умолчанию время установлено на 10 мин, при нажатии кнопок время процедуры меняется на 1 мин.

4. Выбор режима



5. Для начала/окончания работы используйте кнопки старт и стоп



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА LC-1200P В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

МОНОТЕРАПИЯ

ПНЕВМОКОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ, ПРЕССОТЕРАПИЯ, ЛОКАЛЬНАЯ БАРОТЕРАПИЯ (ГЛУБОКИЙ ЛИМФОДРЕНАЖ)

Основана исключительно на терапевтическом эффекте прессотерапии на орган (группу органов) - мишень.

Периодическое сжатие конечности (тей)/талии/бедер при помощи воздухонепроницаемых манжет оказывает тонизирующий, седативный, сосудорасширяющий, лимфодренирующий, трофостимулирующий, катаболический, иммуностимулирующий, гипоалгезивный, локомоторно-корректирующий эффекты в зоне воздействия и ряде общих эффектов.

В комплексной медикаментозной терапии ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни и гипертонической болезни прессотерапия позволяет добиться выраженного клинического эффекта на более низких дозировках лекарственных средств по сравнению с контрольными показателями. Эффекты от курсового применения локальной баротерапии по продолжительности достигают до полугода, а в ряде случаев до года и более.

ПРОГРАММА «А, С, D»

ПРИМЕР КЛАССИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА (ПРЕССОТЕРАПИИ)

Показания:

заболевания

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей
- Ишемическая болезнь сердца
- Гипертоническая болезнь
- Посттромбофлебитическая болезнь
- Цереброваскулярная болезнь

профилактика

- ✓ профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем;
- ✓ профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов;
- ✓ профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника);

1. Кнопкой выбора режима работы нажать программу «А, С, D»

2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «1»

Показатель скорость отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «1» соответствует паузе в 4 секунды. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1



показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к десятой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).


3. Клавишей «Время» выбрать 40 минут

Длительность процедуры рекомендуется начинать с 30 минут, постепенно с каждой процедурой увеличивая шаг на 5 минут, доводя таким образом общую длительность процедуры до 60 минут (максимально возможное время процедуры – 90 минут).

4. Запустить процедуру кнопкой Start

5. Кнопками регулятора Давление – выбрать 80-110 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в диапазоне: 0-280 мм.рт.ст. При дальнейшем использовании уровень давления можно повысить до 150-200 мм.рт.ст.

Для использования в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 200 мм.рт.ст.



Кратность: 3 раза в неделю.

Количество процедур: 25-40.

Принципиальная разница программ «А» и «D»

заключается в площади органа, подвергаемого компрессии, и усилении/ослаблении лимфооттока под

ее воздействием. Технически это осуществляется в наполнении воздухом одной камеры манжеты после компрессии дистального отдела (программа «А») против одномоментного наполнения двух камер (программа «D»).

Главная особенность программы «С» в терапевтической практике относительно других представленных программ – её направленность на более выраженное удаление/снижение пастозности/отёчности преимущественно с дистальных отделов конечностей. Технически это осуществляется в наполнении воздухом одной дистальной камеры манжеты (как в программе «А»), затем подключение второй секции и далее одномоментные наполнения уже двух камер (как в программе «D»).

В косметологической практике прессотерапия направлена прежде всего на стимуляцию трофики всех слоев кожи, нормализацию и стабилизацию лимфодренажа, а также стимуляцию катаболизма адипоцитов в подкожно-жировой клетчатке.

ПРОГРАММА «В, Е»

ПРИМЕР КЛАССИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА(ПРЕССОТЕРАПИИ) С НАПРАВЛЕННЫМ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ

Показания:

заболевания

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей (НК не более 0-I ст.)
- Посттромбофлебитическая болезнь
- Цереброваскулярная болезнь
- Отдаленные последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбаишиазом и реактивными миозитами конечностей, сопровождающиеся явлениями лимфостаза
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный

профилактика

- ✓ профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов;



- ✓ профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника);
- ✓ для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объемов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отеков после аппаратной косметологии);
- ✓ восстановительный период после травм и операций, сопровождающийся явлениями лимфостаза и венозной недостаточностью (НК не более 0-I ст.).

1. Кнопкой выбора режима работы нажать программу «В, Е»

2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «2»

Показатель скорость отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «2» соответствует паузе в 8 секунд. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1 показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к восьмой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).

3. Клавишей «Время» выбрать 30 минут

4. Длительность процедуры рекомендуется начинать с 30 минут, чтобы оценить в течение первых двух процедур переносимость назначенного лечения и возможные неблагоприятные эффекты. Постепенно, начиная с третьей процедуры увеличивая шаг на 5 минут, общая длительность процедуры доводится до 50-60 минут (максимально возможное время процедуры – 90 минут).

5. Запустить процедуру кнопкой Start


6. Кнопками регулятора Pressure (Давление) – отрегулировать до 120 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в диапазоне: 0-280 мм.рт.ст. При дальнейшем использовании уровень давления можно повысить до 180 мм.рт.ст.

7. Для использования в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 230 мм.рт.ст.

8. При использовании манжеты для талии в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 130 мм.рт.ст.

Кратность: 3 раза в неделю.
Количество процедур: 25-40.

Принципиальная разница программ «В» и «Е» заключается в методике лимфодренажного стимулирования органа, подвергаемого компрессии, и усилении/ослаблении лимфооттока



воздействием. Технически это осуществляется в равномерном последовательном наполнении воздухом камер манжеты от дистального отдела к проксимальному (программа «В»), что более благоприятно при стимулировании лимфодренажа верхних конечностей и талии против более быстрого заполнения среднего сегмента манжеты (программа «Е») благоприятно при стимулировании лимфодренажа нижних конечностей, в частности основной зоны пастозности – голени.

под ее



ПРИМЕР КЛАССИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛУБОКОЙ СЕГМЕНТАРНОЙ ЛИМФОДРЕНАЖНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ БАРОТЕРАПИИ

Показания:

заболевания

- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миозитами конечностей
- Отдаленные последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом локальных мышц конечностей

профилактика

- ✓ восстановительный период после травм и операций, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей и не сопровождающийся выраженными явлениями лимфостаза и венозной недостаточностью.



1) кнопка **старт**

2) кнопка **стоп**

при нажатии на кнопку 2 раза, аппарат вернется на исходный уровень

3) кнопки режима **А,В**

режим В : выбор используемой секции для компрессии

1. Несколько раз нажать кнопку «В», выбрав нужную секцию манжеты

2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «2»

Показатель скорости отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «2» соответствует паузе в 8 секунд. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1 показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к восьмой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).

3. Клавишей «Время» выбрать 20 минут

Длительность процедуры рекомендуется начинать с 20 минут, чтобы оценить в течение первых двух процедур переносимость назначенного лечения и возможные неблагоприятные эффекты. Постепенно, начиная с третьей процедуры увеличивая шаг на 5 минут, общая длительность процедуры доводится до 45 минут (максимально возможное время процедуры – 60 минут).

4. Запустить процедуру кнопкой Start

5. Кнопками регулятора Pressure (Давление) – отрегулировать до 150 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в диапазоне: 0-280 мм.рт.ст. При дальнейшем использовании уровень давления можно повысить до 220 мм.рт.ст.

Самостоятельно без медицинского контроля и назначения для профилактики этот режим не используется.

Манжета для талии в этом режиме не используется.

Кратность: 3 раза в неделю.

Количество процедур: 15-30.



Используется в косметологической практике для снятия локальной пастозности и отеков после аппаратной косметологии, в терапевтической практике при явлениях лимфостаза различной этиологии (посттравматический, послеоперационный, постинфекционный), при недостаточности кровообращения не более 0-I ст.

ПРОГРАММА «G»

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА (ПРЕССОТЕРАПИИ) С СТИМУЛИРОВАНИЕМ ЛИМФООТТОКА

Программа является модификацией классического аппаратного пневмокомпрессионного массажа. Благодаря комбинации режимов наполнения манжет, повышается переносимость процедуры, проявляется значительный лимфодренажный эффект. Рекомендована для всех типов пневмокомпрессионного массажа, где усиление лимфооттока в зоне воздействия является желательным компонентом терапии.

Технически достигается сочетанием циклов:



Показания:

заболевания

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей
- Ишемическая болезнь сердца
- Гипертоническая болезнь
- Посттромбофлебитическая болезнь
- Цереброваскулярная болезнь

профилактика

- ✓ профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем;
- ✓ профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов;
- ✓ профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника);

1. Кнопкой выбора режима работы «А» выбрать программу «G»

2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «1»

Показатель скорости отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «1» соответствует паузе в 4 секунды. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1 показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к десятой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).

3. Клавишей «Время» выбрать 40 минут

Длительность процедуры рекомендуется начинать с





30 минут, постепенно с каждой процедурой увеличивая шаг на 5 минут, доводя таким образом общую длительность процедуры до 60 минут (максимально возможное время процедуры – 90 минут).

4. Запустить процедуру кнопкой Start

5. Кнопками регулятора Давление – выбрать 80-110 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в диапазоне: 0-280 мм.рт.ст. При дальнейшем использовании уровень давления можно повысить до 150-200 мм.рт.ст. Для использования в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 200 мм.рт.ст.

Кратность: 3 раза в неделю.
Количество процедур: 25-40.

ПРОГРАММА «Н»


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СОЧЕТАННОГО ГЛУБОКОГО ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА(ПРЕССОТЕРАПИИ) С НАПРАВЛЕННЫМ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ И ГЛУБОКОЙ СЕГМЕНТАРНОЙ ЛИМФОДРЕНАЖНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ БАРОТЕРАПИЕЙ

Используется исключительно в косметологической практике для снятия пастозности и отеков после аппаратной косметологии и направлена на стимуляцию трофики глубоких слоев кожи, нормализацию и стабилизацию лимфодренажа, а так же стимуляцию катаболизма адипоцитов в подкожно-жировой клетчатке и элиминации свободного жира.

Программа используется, как правило, при сочетанном воздействии физических и фармакологических факторов и выполняется под контролем медицинского персонала.

Для достижения наиболее значительного эффекта элиминации жира перед процедурой рекомендуется местная стимуляция регионарных групп лимфоузлов УЗТ или вакуумным массажем.

Технически достигается сочетанием циклов:



Показания:

- ✓ для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объемов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отеков после аппаратной косметологии)

1. Кнопкой выбора режима работы «А» выбрать программу «Н»

2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «3»

Показатель скорости отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «3» соответствует паузе в 12 секунд. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1 показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к восьмой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).

3. Клавишей «Время» выбрать 30 минут

4. Длительность процедуры рекомендуется начинать с 30 минут, чтобы оценить в течение первых двух процедур переносимость назначенного лечения и возможные неблагоприятные эффекты. Постепенно, начиная с третьей процедуры увеличивая шаг на 5 минут, общая длительность процедуры доводится до 50-60 минут.

5. Запустить процедуру кнопкой Start

6. Регулятором Pressure (Давление) – отрегулировать до 200 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в диапазоне: 0-280 мм.рт.ст. При дальнейшем использовании уровень давления можно повысить до 260 мм.рт.ст.



7. Для использования в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 230 мм.рт.ст.
8. При использовании манжеты для талии в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 140 мм.рт.ст.

Кратность: 3 раза в неделю.
Количество процедур: 15-20.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА LC-1200P

Сочетанное использование локальной и направленной баротерапии, прессотерапии и ряда других физических и химических факторов возможно использовать как для потенцирующего, так и для компарантного воздействия на различные звенья патологического процесса.

Пневмокомпрессионная прессотерапия широко используется при комплексном последовательном воздействии в косметологической практике, при терапии заболеваний сердечнососудистой системы (гипертоническая болезнь, хроническая венозная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные болезни), в травматологии и ортопедии (лечение деформирующего остеоартроза, посттравматический лимфостаз и др.).

При комбинированной терапии пневмокомпрессионный массаж выступает вспомогательным потенцирующим методом, признанным усилить стимуляцию трофических процессов в конечностях, будь то катаболизм в подкожно-жировой клетчатке, в системе опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз, тугоподвижность суставов, парезы мышц) или анаболизм при репаративных процессах.

Локальная баротерапия в современной физиотерапевтической практике комбинируется с ультразвуковой терапией, лекарственным и косметологическим ультрафонофорезом, магнитотерапией, магнитолазеротерапией, СМТ-, ДДТ- и классической электростимуляцией.

Пневмокомпрессионный массаж, прессотерапия, локальная баротерапия в силу значительной нагрузки и девиации объема ОЦК считается общей процедурой и комбинируется по общим правилам назначения и совместимости физиотерапевтических процедур - не более в день: 1 общая процедура+2 местные (Пономаренко Г.Н., Улащик В.С. Физиотерапия. Национальное руководство Москва 2009г.). Местные процедуры предшествуют общей, которая направлена либо на потенцирование, либо на компарирование происходящих изменений в организме и, в конечном итоге, повышает клинический эффект от сочетанного применения этих факторов.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕССОТЕРАПИЯ + УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

При комбинированной терапии используется последовательное воздействие ультразвука, затем прессотерапии (пневмокомпрессии).

Для стимуляции трофических процессов в конечностях, будь то катаболизм в подкожно-жировой клетчатке, в системе опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз, тугоподвижность суставов, парезы мышц) или анаболизм при репаративных процессах, целесообразно и эффективно применение прессотерапии непосредственно после процедуры ультразвуковой терапии.



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛУБОКОГО ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА С НАПРАВЛЕННЫМ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Используемая аппаратура:

АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ SONOPULSE I,III MHz IBRAMED и АППАРАТ ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ LC-1200P

Цель:

Для применения в косметологической практике (антицеллюлитный эффект, уменьшение объемов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отеков после аппаратной косметологии).

1. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ, УЗТ

КОНТАКТНАЯ СРЕДА*


Контактный гель средней и высокой вязкости, например, гель электродный, контактный (универсальный), контактный гель для УЗИ (для проведения ультразвуковой терапии, ультразвуковых исследований, доплерографии, а также фото- и лазерных процедур).

**в качестве контактной среды в косметологии возможно использование гелей, водных и коллоидных растворов гиалуроновой кислоты, ферментов и других БАВ, разрешенных к применению для фонофореза.*

Для достижения наиболее значительного эффекта элиминации жира перед процедурой рекомендуется местная стимуляция регионарных групп лимфоузлов УЗТ или вакуумным массажем.

ШАГ 1: Включите аппарат (1).

ШАГ 2: Нажмите кнопку выбора предустановленных программ **PROG/MENU**(7). Появится индикация:




При нажатии стрелки вверх Вы входите в меню предустановленных в аппарате программ.

При нажатии стрелки вниз Вы входите в меню программ, задаваемых пользователем.

Аппарат SONOPULSE 1.0 MHz/3 MHz позволяет не только выбрать соответствующие протоколы лечения, но и при необходимости вносить изменения в их программу.

Далее необходимо выбрать необходимую для процедуры головку излучателя 3см² и 7см²:



Выбирается предустановленный протокол лечения:

Целлюлит ст I,II,III Локальные жировые отложения (протокол 42)

При использовании **нейтральной контактной среды**

Параметры ультразвука: 3 МГц, 14 Вт, 2,0 Вт/см² непр.

Фонофорез в косметологии (протокол 46)

При использовании **контактной среды с БАВ**

Параметры ультразвука: 3 МГц, 7,0 Вт, 1,0 Вт/см² непр.

Выбрав режим лечения, снова нажмите на кнопку **PROG/MENU**. Аппарат перепрограммируется сам.

ШАГ 3:

Выберите время проведения процедуры (время отпуска процедуры варьируется в широких пределах в зависимости от площади озвучиваемой поверхности).


ШАГ 4:



Нажмите на кнопку **START/STOP**, и SONOPULSE 1.0MHz/3.0 MHz начнет выполнение выбранной программы. Время обработки 1 зоны площадью 30 x 30 см составляет 30-45 минут.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется брать в работу более 1-й зоны за один сеанс!


SONOPULSE 1.0MHz/3.0 MHz. Направляющие для ультразвукового воздействия.



ШАГ 5:

В конце запрограммированного времени вы услышите звуковой сигнал, и аппарат прекратит свою работу. Нажмите кнопку **START/STOP** для отключения звукового сигнала.

2. ПНЕВМОКОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ С С НАПРАВЛЕННЫМ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ И ГЛУБОКОЙ СЕГМЕНТАРНОЙ ЛИМФОДРЕНАЖНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ БАРОТЕРАПИЕЙ.



1. Кнопкой выбора режима работы «А» выбрать программу «Н»
2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «3»
Показатель скорости отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «3» соответствует паузе в 12 секунд. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1 показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к восьмой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).
3. Клавишей «Время» выбрать 30 минут
4. Длительность процедуры рекомендуется начинать с 30 минут, чтобы оценить в течение первых двух процедур переносимость назначенного лечения и возможные неблагоприятные эффекты. Постепенно, начиная с третьей процедуры увеличивая шаг на 5 минут, общая длительность процедуры доводится до 50-60 минут.
5. Запустить процедуру кнопкой Start
6. Регулятором Pressure (Давление) – отрегулировать до 200 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в диапазоне: 0-280 мм.рт.ст. При дальнейшем использовании уровень давления можно повысить до 260 мм.рт.ст.
7. Для использования в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 230 мм.рт.ст.
8. При использовании манжеты для талии в целях профилактики не рекомендуется без консультации специалиста превышать давление в манжете более 140 мм.рт.ст.

Процедура липолиза на аппарате SONOPULSE 1.0MHz/3.0 MHz назначается сочетанно с прессотерапией с направленным лимфодренажным компонентом. Благодаря совместному воздействию ультразвука и



прессотерапии, ускоряется процесс элиминации свободного жира, продуктов распада жировых клеток через кровеносную и лимфатическую системы.

За один сеанс может быть выведено из организма до 8 см² жира; это соответствует потере объема в талии от 2 до 4 см. После удаления продуктов расщепления, накопление жира в обработанной области становится крайне затруднительным.

Кратность: 2 раза в неделю.

Количество процедур: 15-20.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА С НАПРАВЛЕННЫМ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Используемая аппаратура:

АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ **SONOPULSE I,III MHz IBRAMED** и АППАРАТ ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ **LC-1200P**

Цель:

Лечение деформирующих остеоартрозов, тугоподвижности суставов конечностей.

Н.В.! Используется при отсутствии у пациента явлений остеопороза и других поражений костной ткани. Не рекомендуется для применения у женщин старше 55 лет.

1. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ, УЗТ


КОНТАКТНАЯ СРЕДА*

Контактный гель средней и высокой вязкости, например, гель электродный, контактный (универсальный), контактный гель для УЗИ (для проведения ультразвуковой терапии, ультразвуковых исследований, доплерографии, а также фото- и лазерных процедур).

**в качестве контактной среды в физиотерапии возможно использование гелей, мазей, водных и коллоидных растворов ферментов, гормонов и других БАВ, разрешенных к применению для фонофореза..*

ШАГ 1: Включите аппарат (1).

ШАГ 2: Нажмите кнопку выбора предустановленных программ **PROG/MENU**(7). Появится индикация:




При нажатии стрелки вверх Вы входите в меню предустановленных в аппарате программ.

При нажатии стрелки вниз Вы входите в меню программ, задаваемых пользователем.

Аппарат SONOPULSE 1.0 MHz/3 MHz позволяет не только выбрать соответствующие протоколы лечения, но и при необходимости вносить изменения в их программу.

Далее необходимо выбрать необходимую для процедуры головку излучателя 3см² и 7см²:



Например, тугоподвижность локтевого сустава вследствие длительной иммобилизации.

Выбирается предустановленный протокол лечения:

Тугоподвижность локтевого сустава(протокол 39)

При использовании **нейтральной контактной среды**



Параметры ультразвука: 3 МГц, 4,2 Вт, 0,6 Вт/см² непр.

Фонофорез лекарственных препаратов (протокол 45)

При использовании **контактной среды с БАВ**

Параметры ультразвука: 1 МГц, 7,0 Вт, 1,0 Вт/см² имп. 20% 100 Гц

Выбрав режим лечения, снова нажмите на кнопку **PROG/MENU**. Аппарат перепрограммируется сам.


ШАГ 3:

Выберите время проведения процедуры (время отпуска процедуры варьируется в зависимости от площади озвучиваемой поверхности, в нашем случае 8 мин).

ШАГ 4:

Нажмите на кнопку **START/ STOP**, и SONOPULSE 1.0MHz/3.0 MHz начнет выполнение выбранной программы.

2. ПНЕВМОКОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ С НАПРАВЛЕННЫМ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ



1. Кнопкой выбора режима работы «А» выбрать программу «В» или «Е» (в зависимости от локализации зоны максимального воздействия).
2. Клавишей Speed (Скорость) выбрать «2»
Показатель скорости отвечает за паузы между циклами компрессии/декомпрессии. Изначально показатель скорости «2» соответствует паузе в 8 секунд. Каждую вторую процедуру показатель скорости увеличивают на 1 показатель, доводя таким образом паузу между циклами компрессии/декомпрессии к восьмой процедуре до 20 секунд (показатель скорости «5»).
3. Клавишей «Время» выбрать 30 минут
4. Длительность процедуры рекомендуется начинать с 30 минут, чтобы оценить в течение первых двух процедур переносимость назначенного лечения и возможные неблагоприятные эффекты. Постепенно, начиная с третьей процедуры увеличивая шаг на 5 минут, общая длительность процедуры доводится до 50-60 минут (максимально возможное время процедуры – 90 минут).
5. Запустить процедуру кнопкой Start
6. Регулятором Pressure (Давление) – отрегулировать до 60-120 мм.рт.ст. Уровень давления регулируется в выбранном диапазоне по ощущениям пациента и амплитуде подвижности сустава. При глубоких контрактурах давление в манжете выставляется на минимальные значения.

Процедура восстановления работоспособности сустава на аппарате SONOPULSE 1.0MHz/3.0 MHz назначается сочетано с прессотерапией с направленным лимфодренажным компонентом. Благодаря совместному воздействию ультразвука и прессотерапии, ускоряется процесс элиминации патологического содержимого сустава через кровеносную и лимфатическую системы, уменьшаются отёки/пастозность в зоне воздействия, повышается амплитуда подвижности и объём движений в суставе. При сочетанном применении прессотерапии повышается феретическая активность БАВ, поступивших в ткань в результате ультрафонофореза.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Содержание

Проверка

Аппарат не работает

- проверьте подсоединение
- включите переключатель
- проверьте сетевой шнур (110 V или 220 V)
- проверьте установку таймера

Странный звук наподобие утечки воздуха

- проверьте наличие неисправностей в рукаве и при соединителе
- проверьте подсоединение к аппарату
- проверьте, не прижат или не скручен рукав

Воздух не поступает в сапоги и манжеты талии или нет давления

- проверьте подсоединение к аппарату и манжеты талии или нет давления
- проверьте, нет ли тяжелых предметов на рукаве и не скручен ли он
- проверьте, надлежащим ли образом подсоединен рукав к пазам манжеты

Воздух поступает в сапоги и при утечке воздуха появляется звук

- проверьте наличие утечки воздуха в сапогах. Если нет утечки, выключите электропитание, затем снова включите электропитание и проверьте работу (сапоги и каждая манжета не являются товарами широкого потребления).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В следующих случаях гарантия на аппарат недействительна:

1. Неисправность ввиду сильной тряски
2. Если пользователь модифицировал или ремонтировал аппарат внутри
3. Использование аппарата в непредназначенной зоне
4. Неисправности ввиду неправильного использования, не по инструкции

- Сапоги и другие манжеты продаются отдельно (дополнительная опция)



ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОВАРА

Наименование товара : Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа "Lead Care"

Модель : LC 1200P

Серийный номер изделия : _____

Гарантийный период с момента продажи :

Аппарат (корпус) 12 месяцев

Манжета3 месяца (дистрибьютер)

Дата продажи : год месяц день_____.

Компания уполномоченная оказывать гарантийное и послегарантийное обслуживание:

ООО «НаучПрибор»

129090, г. Москва, Ботанический пер., д.14, стр.3

Тел: (495) 979-08-80, 963-72-08

Компания-официальный дистрибьютор в России:

ООО НВ-Лаб

Тел./факс: +7 (495) 642-86-60 (многоканальный)

E-mail: info@nv-lab.ru



Максимальное количество укладки 5 коробок
Размер415x360x210 мм
Вес11.5кг+/-10%
Допустимая температура для транспортировки и хранения.....5°C - 50°C
Допустимая комнатная температура для использования..... 5°C - 45°C

Примечание: оборудование, его характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя, но не противоречить описанным выше параметрам.